

克州人民医院超细胃镜采购市场调研报告

一、项目概况

1、采购需求：为提升儿童、高龄、食管狭窄及不耐受常规胃镜患者的检查舒适度，提升早癌筛查能力。拟新增采购原厂超细胃镜镜体，不新增主机系统，利用现有设备开展临床诊疗。

2、项目背景：我院现有奥林巴斯内镜图像处理主机（型号：CV-290）运行稳定，设备状态良好无需购置全新整套内镜系统。仅需增配一条超细镜体，利用现有主机资源，节约财政资金。

3、调研目的：为规范立项及采购方式论证，开展本次市场调研。

二、产品兼容性调研

根据我院调研及周边医院了解，奥林巴斯内镜主机与镜体为平台专属私有协议，接口、信号、NBI 成像系统均不对外开放，不同品牌、不同平台无法互通兼容。目前临床主流适配型号为 GIF-XP290N，，支持经鼻胃镜、精细筛查及 NBI 功能，可完全匹配我院现有 CV-290 系列主机，实现全部功能正常使用。国产及其他品牌内镜可能无法接入奥林巴斯主机正常工作。

三、市场供应情况

该设备属于进口三类医疗器械，市场正规货源仅为奥林巴斯官方授权经销商，可提供全新原装设备、原厂质保及兼容性证明。市场存在二手、翻新设备，无正规质保、院感风险及设备故障风险，不符合公立医院采购要求。

四、市场价格调研

调研国内同类型医院单独采购原厂超细胃镜镜体（不含主机）成交案例：原厂全新超细胃镜镜体市场价格区间：32 万~58 万元/条，受型号、配置、供货区域、项目授权影响价格浮动；

价格对比说明：整套超细内镜系统（主机+光源+镜体）采购金额约 200 万-250 万/套，远高于单独增购镜体。本次仅采购镜体，大幅节省投资。

四、质保与验收要求

- 1、全新原厂设备，序列号可官网核验；
- 2、到货必须现场联机主机全功能测试（图像、NBI、弯曲、水气、活检通道）；
- 3、提供原厂质保、售后维保及操作培训服务。

五、采购风险分析

- 1、技术唯一性风险：受设备私有协议限制，仅奥林巴斯原厂同平台镜体可兼容，无替代产品；
- 2、质量风险：翻新设备存在漏水、图像异常、院感隐患；
- 3、招标风险：公开招标无合格竞争产品，极易流标。

六、调研结论及采购建议

（一）结论：本次采购需完全适配现有奥林巴斯主机系统，因设备技术封闭、协议专属，市场可能无其他品牌、替代产品可满足需求，具有技术唯一性、不可替代性。

（二）建议 1. 本项目符合单一来源采购条件，建议按单一来源采购实施；2. 严格要求原厂全新正品、原厂兼容证明、现场联机验收；3. 采购明确不合格退换货、质保维保、培训服务等条款。

克州人民医院
采购科
2023年10月10日

单一来源采购方式专家论证签到表

序号	专家姓名	工作单位	职称	联系电话
1	王东	市医院	主任医师	18997691246
2	李强	市医院	初级	18690833096
3	李	市医院	主治医师	18399732180
4				

2026 年 10 月 12 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王东	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 石围市人民医院	
项目信息	项目名称: 克州人民医院超细胃镜采购项目	
	供应商名称: 泰兴市风鹏商贸有限公司	
专业人员论证意见	采购单位(克州人民医院)现有奥林巴斯 消化道内镜镜架一套,因工作需要添加 一台超细胃镜,为保证该设备的正常使用, 经采购单位市场调研,同时针对该设备实际 需求,必须采购奥林巴斯配套超细胃镜,以匹 配原镜架技术要求及规格型号,该设备由品 控及商质供应方,建议单一来源采购。	
专业人员签字	王东	日期 2020年10月12日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 朱红	
	职称: 主治医师	
	工作单位: 阿瓦提县人民医院	
项目信息	项目名称: 克州人民医院超细胃镜采购项目	
	供应商名称: 泰兴市风鹏商贸有限公司	
专业人员论证意见	为确保采购单位(克州人民医院)现有奥林巴斯 内镜系统配套, 根据相关科室工作需要, 经市场调研, 建议采用单一来源采购方式采 购。	
专业人员签字	朱红	日期: 2026年10月12日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 姜翠玉	
	职称: 初级	
	工作单位: 阿图什市人民医院	
项目信息	项目名称: 克州人民医院超细胃镜采购项目	
	供应商名称: 泰兴市风鹏商贸有限公司	
专业人员论证意见	经克州人民医院市场调研, 为确保克州人民医院超细胃镜采购项目一致性, 设备配置与原奥林巴斯主机适配, 满足技术参数要求。奥林巴斯有限公司将项目授权设备供应商。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条, 第三项之规定, 建议采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	姜翠玉	日期: 2026年10月12日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

授权书

作为设在北京市朝阳区新源南路 1-3 号商业写字楼 B 座 803 的经营 电子上消化道内窥镜 (投标产品名称) 的奥林巴斯(北京)销售服务有限公司在此授权 泰兴市风鹏商贸有限公司 (经销商名称) 在 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 进行奥林巴斯 电子上消化道内窥镜 GIF-XP290N 销售并处理与之相关的一切事宜。

我们在此保证为上述公司就此次销售与售后服务工作提供的产品承担全部质量保证及售后服务。

授权期限: 2026 年 09 月 22 日 至 2026 年 12 月 31 日

出具授权书的公司名称: 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司

